

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	Код ДК 021:2015: 50420000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Згідно із Додатком 1
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3; 03057, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2025 року
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	Очікувана вартість закупівлі – 2 078 040,00 грн. з ПДВ
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком 1
Дата оголошення	08-04-2025
Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-04-08-001349-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**Код ДК 021:2015: 50420000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

Надання послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника. Запасні частини (комплекти), які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими (такими що не були раніше у використанні та не відновлювались), оригінальними та сумісними з обладнанням, що підлягає ремонту згідно таблиці обсягу послуг. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен становити не менше 6 місяців від дати підписання акту здачі-приймання наданих послуг (*надати гарантійний лист в довільній формі*).

Вимоги щодо якості послуг (*Надати гарантійний лист/листи в довільній формі*):

1. Якість послуг повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).
2. Послуги повинні відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
3. Послуги *не повинні* завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.
4. Надання послуг повинно бути виконане у строк відповідно до умов Договору.
5. Надати копію гарантійного листа, *а в разі перемоги, до укладення договору – оригінал листа, виданого в 2025р. заводом-виробником моніторів ЮМ-300*. Листом повинно бути гарантовано використання оригінальних запчастин, а також в листі має бути вказаний номер закупівлі, назва учасника.
6. Надати копію гарантійного листа, *а в разі перемоги, до укладення договору – оригінал листа, виданого в 2025р. заводом-виробником апаратів ШВЛ*. Листом повинно бути гарантовано можливість надання кваліфікованих послуг, а також в листі має бути вказаний номер закупівлі, назва учасника.

№ п/п	Назва обладнання	Орієнтовний обсяг послуг	К-ть одиниць
1	Апарат ШВЛ sn 08997 Апарат ШВЛ sn 08981 Апарат ШВЛ sn 08969 Апарат ШВЛ sn 08991 Апарат ШВЛ sn 08995	Розбирання/збирання апарата, Ремонт датчика потоку, Річне сервісне обслуговування, Відновлення пристрою резервного живлення, Налаштування роботи	5
2	Апарат ШВЛ sn 08996	Розбирання/збирання апарата, Річне сервісне обслуговування, Налаштування роботи	1
3	Апарат ШВЛ sn 14134	Розбирання/збирання апарата, Ремонт датчика потоку, Річне сервісне обслуговування, Налаштування роботи	1
4	Апарат ШВЛ sn 502564	Розбирання/збирання апарата, Річне сервісне обслуговування, Відновлення пристрою резервного живлення, Калібрування та налаштування роботи	1
5	Апарат ШВЛ sn 12416 Апарат ШВЛ sn 12409 Апарат ШВЛ sn 12410 Апарат ШВЛ sn 12408	Розбирання/збирання апарата, Проведення сервісного профілактичного річного Обслуговування 5000год, Відновлення герметичності системи, Відновлення пристрою резервного живлення, Відновлення роботи датчику тиску, Калібрування та налаштування роботи	4
6	УЗД апарат, sn CD7-15004727	Разове технічне обслуговування, Оновлення програмного забезпечення	1
7	Наркозно-дихальний апарат Bionica X40, sn 014016070006	Розбирання/збирання апарата, Разове технічне обслуговування, Відновлення герметичності системи, Відновлення пристрою резервного живлення, Налаштування роботи	1
8	Наркозно-дихальний апарат Brightfield, інв10490138	Розбирання/збирання апарата, Разове технічне обслуговування, Ремонт клапану видиху, Ремонт колби з цеолітовими гранулами Налаштування роботи	1

9	Наркозно-дихальний апарат Bionica R30, sn 033016110009	Ремонт компресора, Відновлення пристрою резервного живлення, Разове технічне обслуговування Налаштування роботи	1
10	Апарат ШВЛ sn 8600XZZU7170	Разове технічне обслуговування Налаштування роботи	1
11	Апарат ШВЛ sn 8600XZZU7176	Разове технічне обслуговування Налаштування роботи	1
12	Шприцевий насос Kelly KL-602 sn L602B2D07AJB08	Заміна підп'ятника, Монтажні роботи Налаштування роботи	1
13	Шприцевий насос Kelly KL-602 sn L602B2D07AAB04	Калібрування, Відновлення пристрою резервного живлення Налаштування роботи	1
14	Шприцевий насос Kelly KL-602 sn L602B2007ACB03	Обслуговування двигуна заміна частин двигуна Калібрування Заміна акумулятора Монтажні роботи Налаштування роботи	1
15	Шприцевий насос USP-100 sn D103.14003.170	Відновлення корпусу Ремонт штовхача шприца Ремонт визначника шприца Оновлення ПЗ Відновлення пристрою резервного живлення Ремонт панелі управління Монтажні роботи Налаштування роботи	1
16	Шприцевий насос USP-100 sn D103.14003.165	Відновлення корпусу Ремонт штовхача шприца Ремонт визначника шприца Оновлення ПЗ Відновлення пристрою резервного живлення Ремонт панелі управління Ремонт дисплейного модуля Калібрування Монтажні роботи Налаштування роботи	1

17	Монітор пацієнта ЮМ-300-12, sn M6.651.15016.0030	Ремонт роз'єму живлення 220V Ремонт шлейфу SpO2 Ремонт панелі управління Відновлення джерела безперебійного живлення Відновлення роботи каналу SpO2 Nellcor Відновлення роботи каналу ЕКГ Заміна манжети Монтажні роботи Налаштування роботи	1
18	Монітор пацієнта ЮМ-300Т-15, sn M/715.17026.0007 sn M/715.17020.0001 sn M/715.17026.0003 sn M/715.17026.0006 sn M/715.17026.0008 sn M/715.17026.0004	Відновлення роботи каналу SpO2 Nellcor Oxi Відновлення роботи каналу ЕКГ Заміна манжети НВАТ Заміна шлангу НВАТ Оновлення ПЗ Заміна акумуляторної батареї Монтажні роботи	6
19	Монітор пацієнта ЮМ-300Т-15, sn M/715.17026.0005	Ремонт дисплейного модуля Відновлення роботи каналу SpO2 Nellcor Oxi Відновлення роботи каналу ЕКГ Заміна манжети НВАТ Заміна шлангу НВАТ Оновлення ПЗ Монтажні роботи	1
20	Монітор пацієнта ЮМ-300Т-15, sn M/715.19024.0175 sn M/715.20031.0085 sn M/715.20031.0083 sn M/715.20031.0086 sn M/715.19024.0177	Тестування на визначення несправностей Відновлення роботи каналу SpO2 Masimo Відновлення роботи каналу ЕКГ Заміна манжети НВАТ з шлангом НВАТ Оновлення ПЗ Монтажні роботи	5
21	Монітор пацієнта ЮМ-300Т-15, sn M/715.20031.0087	Відновлення роботи каналу SpO2 Masimo Відновлення роботи каналу ЕКГ Заміна манжети НВАТ зі шлангом НВАТ Ремонт основної плати Оновлення ПЗ Монтажні роботи	1
22	Електрокардіограф Юкард 100	Заміна кабелю відведень Заміна електродів електрокардіографічних хлорсрібних притискних для кінцівок ЕКХ-01 Заміна електродів електрокардіографічних хлорсрібних присмоктувальних для кінцівок ЕКХ-03	1

23	УЗД апарат Mindray dc-30 інв №101470060	Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика датчика 35C50P Розбірка та чистка датчика 35C50P Ремонт пошкодженого кабелю 35C50P	1
24	УЗД апарат GE Logiq F6, інв №101460005	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика датчика 3SC Розбірка та чистка датчика 3SC Ремонт акустичного модулю датчика 3SC	1
25	Портативний Ультразвуковий апарат GE (УЗД) Versana Active	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика датчика 3SC Розбірка та чистка датчика 3SC Ремонт акустичного модулю датчика 3SC	1
26	Ультразвукова система Affinity 50, інв №10489636	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Діагностика програмного забезпечення та Створення резервної копії. Збірка та тестування апарату	1
27	УЗД апарат GE Logiq F6	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика вагінального датчика Розбірка та чистка вагінального датчика Ремонт акустичної лінзи вагінального датчика Діагностика лінійного датчика Розбірка та чистка лінійного датчика Ремонт акустичної лінзи лінійного датчика	1
28	УЗД апарат Honda HS2500	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату	1
29	УЗД апарат Logiq E	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика датчика 3SC розбірка та чистка датчика 3SC ремонт акустичного модулю датчика 3SC	1

30	УЗД апарат ULTIMA PA EXPERT	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика конвексного датчика Розбірка та чистка конвексного датчика Ремонт акустичної лінзи конвексного датчика	1
31	УЗД апарат ULTIMA PA	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Діагностика конвексного датчика Розбірка та чистка конвексного датчика Ремонт акустичної лінзи конвексного датчика	1
32	УЗД апарат VIVID 3	Розбирання апарату Чистка та діагностика апарату (очистка систем вентиляції та фільтрів, перевірка вентиляторів охолодження) Збірка та тестування апарату Налаштування роботи монітора	1
33	Апарат ШВЛ Ventilator S1500, інв.№ 10489762	Розбирання/збирання апарата, Річне сервісне обслуговування, Відновлення пристрою резервного живлення внутрішнього годинника Заміна датчика O2 Калібрування та налаштування роботи	1
34	Апарат ШВЛ Trilogy Evo, O2 International	Встановлення та підключення обладнання Діагностика роботи обладнання Технічне обслуговування апарата, та налаштування роботи калібрування Доробка кисневого шлангу підключення до кожного апарату Перевірка відповідності технічних характеристик згідно вимог інструкції користувача, на тестовому обладнанні	1

Примітка:

Усі документи, за винятком оригіналів, виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою (у разі наявності) Учасника процедури закупівлі.

В разі неможливості надання документів у складі пропозиції, що заявлені в документації, Учасник повинен надати письмове пояснення про підстави та/або причини їх відсутності з посиланням на норми чинного законодавства.

Учасник повинен надати:

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є:

- громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран;
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

1-1. Якщо учасник закупівлі є громадянином РФ/РБ/ІРІ, який проживає на території України на законних підставах, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), є громадянин РФ/РБ/ІРІ, який проживає на території України на законних підставах, учасник надає у складі тендерної пропозиції документальне підтвердження підстав перебування на території України – посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця чи документ, що посвідчує надання притулку, паспортний документ та/ або іміграційна картка тощо.

1-2. Якщо учасник закупівлі є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства РФ/РБ/ІРІ, активи якої в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник надає документ, що підтверджує передачу активів в управління, а саме згоду власника або відповідну ухвалу на передачу активів в управління.

2. Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Кваліфікаційні критерії

№	Кваліфікаційні критерії	Що надається на підтвердження відповідності
1.	Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій	1.1. Довідка в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника/фізичної особи, яка є учасником, та завірена печаткою (у разі її використання), що підтверджує наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг, відповідно до предмету закупівлі. 1.2. Надати список тестового обладнання з діючим свідоцтвом про метрологічне калібрування, що діє на весь період надання послуг. В переліку обов'язково має бути мінімальний перелік обладнання: симулятор НВАТ, симулятор ЕКГ, симулятор SpO2, тестер розряду акумуляторної батареї, станція TSI. Додаткове оснащення може бути використано на розсуд учасника. 1.3. Надати копії свідоцтв метрологічного калібрування або повірки на вказане тестове обладнання. <i>В разі перемоги, до укладення договору, надати для ознайомлення оригінал свідоцтва про калібрування на вищевказане тестове обладнання.</i>
2.	Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	2.1. Довідка в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника/фізичної особи, яка є учасником та завірена печаткою (у разі її використання), яка підтверджує наявність в учасника працівників із зазначенням відповідної кваліфікації, наявності необхідних знань та досвіду для надання послуг. 2.2. Надати копію сертифіката інженера щодо ремонту, сервісного обслуговування, налагодження обладнання, в тому числі апаратів ШВЛ. 2.3. Надати протокол/витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці за програмою спеціального навчання працівників з електробезпеки ПТЕЕС III група електробезпеки.
3.	Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	3.1. Довідка в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника/фізичної особи, яка є учасником, та завірена печаткою (у разі її використання) з інформацією про виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (не менше одного) із зазначенням найменування, адреси, телефону замовника згідно такого договору з підтверджуючими документами (<i>договір, акти наданих послуг, позитивний лист-відгук від контрагента</i>). Аналогічним предметом закупівлі є послуги за кодом ДК021:2015 відповідно тому, який зазначений в тендерній документації.

У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.