

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	<b>Код ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання</b>
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	76 од.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2023 року
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	<b>Очікувана вартість закупівлі – 325 810,00 грн. з ПДВ</b>
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком 1
Дата оголошення	09-03-2023
Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-03-09-008555-a

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Код ДК 021:2015: 32350000-1 Частина до аудіо- та відеообладнання

**Кількісні характеристики**

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B (20*25) 100 арк. (або еквівалент)	пач.	35
2	Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B (35*43) 100 арк. (або еквівалент)	пач.	25
3	Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 30x40 см по 100 аркушів (або еквівалент)	шт.	10
4	Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 18x24 см по 100 аркушів (або еквівалент)	шт.	2
5	Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 13x18 см по 100 аркушів (або еквівалент)	шт.	2
6	Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива 18x43 см по 100 аркушів (або еквівалент)	шт.	2

**Медико-технічні вимоги****Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B або еквівалент**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню
2. Плівка термографічна призначена для друку медико-діагностичних знімків на лазерних принтерах\_DRYSTAR 5503, 5300, 5302, та DRYSTAR AXYS
3. Основа – блакитна поліестерова підложка, товщина 168 мкм.
4. Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:
  - Показник «Gross fog» (груба вуаль) D<sub>min</sub> - не більше 0,24.
  - Максимальна оптична щільність (D<sub>max</sub>) - не менше 3,2.
  - Вміст срібла - 0,9 г/м<sup>2</sup>.
5. Мати наступні розміри — 20x25; 35x43 см
6. Розфасовка: коробки 100 аркушів.
7. Завантаження в принтер при звичайному денному освітленні.
8. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання: температура збереження: 4-25 С, в сухому приміщенні.
9. термін збереження обробленої плівки, не менше 20 років, відповідно до норм ANSI IT 11 та IT 9.19
10. Термін зберігання не менше 24 місяці.

**Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-0/RP зеленочутлива або еквівалент**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню
2. Листова плівка з двохстороннім нанесенням емульсійного шару, сенсibiliзована в зеленій частині спектру, на поліетилентерефталатній (лавсановій) основі, призначена для застосування тільки з підсилюючими екранами зеленого світіння
3. Плівка призначена для обробки в ручному та автоматичному режимах.
4. Мати наступні формати, в см: 13x18; 18x24, 30x40; 18x43 – повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів
5. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

- температура зберігання, °С: +10...+25;
- відносна вологість, %: 30...60 ± 10;

6. Термін зберігання – не менше 36 місяців.

7.Плівка повинна відповідати наступним технічним характеристикам:

Параметри	Ручна та автоматична обробка, значення
Чутливість (Швидкість)S в Р <sup>-1</sup> , від-до	1000-2000
Контрастність (середній градієнт), від-до	2,53-2,57
Груба вуаль (Dmin), від-до	0,1-0,18
Максимальна оптична щільність (Dmax), від-до	2,81-2,86
Вміст срібла, г/м <sup>2</sup> від	5,8

**Примітка:** всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

**Учасник повинен надати:**

*Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є:*

- громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178).

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого – на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).

*Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.*