

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	<i>Електрохірургічний пристрій (коагулятор) – 1 шт.</i>
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3, матеріальний склад
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2023 року
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	Очікувана вартість закупівлі – 325 000,00 грн. з ПДВ
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком 1
Дата оголошення	16-05-2023
Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-05-16-011020-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Код НК 024:2019 - 44776 Електрохірургічна система
Електрохірургічний пристрій (коагулятор) – 1 шт.

№	Медико-технічна вимога Замовника	Відповідність ТАК/НІ	Посилання на сторінку технічної документації
	Електрохірургічний апарат – відповідність;		
	Призначення: будь-які хірургічні операції, включаючи монополярні та біполярні операції, відкриті операції, ТУРП та лапароскопічну хірургію, біполярне різання в загальній хірургії, проктології та гінекології - відповідність.		
	Прилад повинен мати мікропроцесорне управління — відповідність;		
	Прилад повинен мати не менше 6 режимів роботи – відповідність;		
	Прилад повинен мати такі режими роботи: стандартне різання, потужне різання, біполярне різання, глибока монополярна коагуляція, поверхнева коагуляція, біполярна коагуляція - відповідність;		
	Режим стандартного різання повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 400 Вт та 500 Ом - відповідність;		
	Режим потужного різання повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 240 Вт та 500 Ом - відповідність;		
	Режим біполярного різання повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 400 Вт та 50 Ом - відповідність;		
	Режим глибокої коагуляції повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 150 Вт та 150 Ом - відповідність;		
	Режим поверхневої коагуляції повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 100 Вт та 500 Ом - відповідність;		
	Режим біполярної коагуляції повинен мати максимальну вихідну потужність не менше 150 Вт та 50 Ом - відповідність;		
	Прилад повинен мати датчики перегріву та відключення живлення - відповідність;		
	Прилад повинен мати переривчастий режим роботи з часом завантаження та відпочинку 10с/30с – відповідність;		
	Можливість використовувати режим поверхневої коагуляції, як спрей-коагуляцію за допомогою розпилювального електрода – відповідність;		
	У режимі біполярної коагуляції прилад повинен мати можливість запаювати малі та середні судини – відповідність;		
	Налаштування потужності кожного режиму повинні зберігатися в цифрову пам'ять незалежно одне від одного- відповідність;		
	Прилад повинен бути оснащений таймером, який можна використовувати в кожному режимі роботи – відповідність;		
	Прилад повинен мати систему моніторингу нейтральних електродів - відповідність;		
	Максимальна вихідна потужність повинна бути не менше 400 Вт - відповідність;		

Робоча частота повинна бути не менше 357 кГц – відповідність ;		
Частота модуляції повинна бути не менше 33 кГц - відповідність		
Активіація повинна здійснюватися за допомогою подвійного ножного перемикача та ручки-перемикача з двома кнопками – відповідність ;		
Стандартна комплектація повинна включати: 1 багаторазову ручку-перемикач з 3 м кабелем; 6 монополярних електродів; 10 одноразових спліт нейтральних електродів (NE); 1 багаторазовий кабель для спліт NE; 1 пару біполярних щипців; 1 подвійну педаль – відповідність ;		
Інші аксесуари повинні бути доступні за потреби – відповідність .		
Обладнання повинно бути новим та виготовлене не раніше 2022 року. Надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.		

Учасник повинен надати:

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є:

- громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178).

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого – на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.