

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	33140000-3 Медичні матеріали
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	<ul style="list-style-type: none"> • Кювети реакційні Тип В 160стрипів в пак. FC240-1062-C-UA – 20 шт. • Пробірка вакуумна VACUSERA 2мл КЗ ЕДТА 13*75мм з бузковою кришкою 100шт – 120 пак. • Пробірка вакуумна VACUSERA 6мл активатор згортання 13*100 червона кришка 100шт – 120 пак. • Пробірка КЗ ЕДТА 0,5мл №100 без капіляра для забору капілярної крові фіол.пр – 36 пак. • Пробірка вакуумна з цитратом натрію 3,8% 13*100 4,5мл з блак.криш.№100 стерильна – 120 пак. • Накінечник 10мкл 1000шт Gilson – 20 пак. • Наконечник жовтий "ВОЛЕС" для піпеточного дозатора, типу Gilson, нестерильний (0,5-200 мкл) 1000 шт – 3 пак. • Аплікатор з пробкою та пробіркою з середовищем Amies – 300 шт. • Аплікатор на пласт.паличці в транспортній пробірці із захисним ковпачком стерильний – 6500 шт. • Ємкість для сечі "Волес" 60 мл з ПП з кришкою в індивід.упаковці стерильна – 12500 шт. • Піпетка Пастера 3 мл ПЕ, стер. – 100 шт. • Пробірка 17*105,12мл,конусна з пробкою,стерильна, градуїрована – 700 шт. • Скарифікатор MEDICARE №200 – 60 пак. • Мікропробірка 0,2мл з пробкою в стріпах по 8шт,ПП, для ПЛР 125шт в паковці – 1 пак. • Пробірка 2 ml (мл) , 55*12 mm(мм), КЗ ЕДТА – 8000 шт. • Microvette CB 200 КЗ ЕДТА – 4000 шт. • Пробірка 10 ml (мл), 95x16.8 mm (мм), Сироватка – 9000 шт. • Штатив MICROmed для пробірок D18 40гнізд ПП – 6 шт. • Чашка біологічна Петрі 100*15mm/ 2290/1 – 18 шт. • Пластир бактерицидний "Волес" 1,9*7,2 на бавовняній основі №100 – 100 пак. • Простирadlo спанбонд МЕДІУМ 20мкм(0,6м*500м) блакитне – 10 шт. • Електрод для моніторингу Red Dot ТМ на зпіненій основі з липким гелем – 55 пак. • Презервативи для УЗД UZZI 72шт/пак. – 3 пак. • Шпатель отоларінгологічний "Волес"дерев'яний шліфований 150*18*1,6мм одноразового використання стерильний – 2000 шт. • Мундштук одноразовий 30/28/70мм – 2000 шт. • Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" "Славна" стерильна – 5000 шт. • Дзеркало вагінальне одноразового застосування розмір М, "Славна" стерильне – 3000 шт.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Набір гінекологічний оглядовий № 1 "Славна" – 100 шт.</i> • <i>Набір гінекологічний оглядовий № 3 "Славна" – 150 шт.</i>
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3; 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2023 року згідно поданих заявок
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	Очікувана вартість закупівлі – 847 800,00 грн. з ПДВ
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком 1
Дата оголошення	14-03-2023
Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-03-14-005616-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**Код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали**

Строк поставки: до 31 грудня 2023 року згідно поданих заявок. Заявка подається Замовником у телефонному режимі.

Місце поставки: 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3; 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 3.

Медико-технічні вимоги

№п/п	Назва	Од. вим.	К-ть	Опис	Код 024-2019
1	Кювети реакційні Тип В 160стріпів в пак. FC240-1062-C-UA	шт	20	Тип кювет: одноразові Довжина оптичного шляху кювети: 5мм Фасування: 1уп. – 160 стріпів 1 стріп – 9 кювет Загальна кількість кювет в упаковці - 1440	61032
2	Пробірка вакуумна VACUSERA 2мл КЗ ЕДТА 13*75мм з бузковою кришкою 100шт	пак	120	Пробірка об'ємом -2 мл. Містить антикоагулянт ЕДТА КЗ. В упаковці 100 шт	47588
3	Пробірка вакуумна VACUSERA 6мл активатор згортання 13*100 червона кришка 100шт	пак	120	Пробірка об'ємом -6 мл. Містить коагулянт сироватку активатор. В упаковці 100 шт	42386
4	Пробірка КЗ ЕДТА 0,5мл №100 без капіляра для забору капілярної крові фіол.пр	пак	36	Пробірка об'ємом -0,5 мл. Містить антикоагулянт ЕДТА КЗ. В упаковці 100 шт. Без капіляра.	47588
5	Пробірка вакуумна з цитратом натрію 3,8% 13*100 4,5мл з блак.криш.№100 стерильна	пак	120	Пробірка об'ємом -4,5 мл, 13x100. Містить антикоагулянт-розчин цитрат натрія 3,8 % . В упаковці 100 шт	47590
6	Накінечник 10мкл 1000шт Gilson	пак	20	призначені для точного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів. Місткість: 10 мкл Колір: білий Матеріал: поліпропілен	16822
7	Наконечник жовтий "ВОЛЕС" для піпеточного дозатора, типу Gilson, нестерильний (0,5-200 мкл) 1000 шт	пак	3	призначені для точного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів. Розмір: довжина – 51 мм, діаметр верхньої частини – 7,5 мм Місткість: 0,5-200 мкл Колір: жовтий Матеріал: поліпропілен	16822
8	Аплікатор з пробкою та пробірною з середовищем Amies	шт	300	Аплікатор з транспортною пробірною з середовищем AMIES пластиковий стрижень, 10 мл стерильний, одноразового використання	35347
9	Аплікатор на пласт.паличці в транспортній пробірці із захисним ковпачком стерильний	шт.	6500	Для забору біологічного матеріалу. Матеріал-поліпропілен,стерильний.	35347

10	Ємкість для сечі "Волес" 60 мл з ПП з кришкою в індивід.упаковці стерильна	шт	12500	Ємкість з кришкою призначена для збору та зберігання зразків сечі. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об'єм – 60 мл. Ємкість повинна бути стерильною, в індивідуальній упаковці.	31400
11	Піпетка Пастера 3 мл ПЕ, стер.	шт	100	Піпетка Пастера призначена для точного дозування різних рідин. Матеріал: поліетилен Довжина: 178 мм.	43375
12	Пробірка 17*105,12мл, конусна з пробкою, стерильна, градуйована	шт	700	Пробірка призначена для зберігання біологічних матеріалів та хімічних речовин, стерильна. Характеристики пробірки: Об'єм :12 мл Висота: 105 мм Діаметр:17мм Внутрішній діаметр:14,2мм.	46238
13	Скарифікатор MEDICARE №200	пак	60	<ul style="list-style-type: none"> • тип: спис • матеріал: нержавіюча сталь • орієнтовані та викладені в один бік • стерильний, апірогенний, нетоксичний • призначений для одноразового використання • індивідуальна упаковка • довжина списа 3мм ±0,5мм • довжина скарифікатора 35 мм ± 2 мм. 	61579
14	Мікропробірка 0,2мл з пробкою в стріпах по 8шт, ПП, для ПЛР 125шт в паковці	пак	1	Пробірки 0,2 мл в стріпах прозорі, з пласкою кришкою. 125 шт в упаковці. Мікробіологічний статус: стерильний, вільний ДНК людини, ДНКз, РНКз, пирогенів і інгібіторів ПЛР	62225
15	Пробірка 2 ml (мл), 55*12 mm(мм), К3 ЕДТА	шт	8000	<u>Опис продукту:</u> Пробірка з К3-ЕДТА, кругле дно, з градуванням. Кришка червоного кольору. Концентрація 1.6 мг / мл. крові. Стандарт чистоти: стерильна. <u>Характеристики:</u> -Об'єм - 2 мл -Матеріал пробірки – поліпропілен. -Матеріал кришки - поліетилен низької щільності. -Колір – прозора. -Розмір - 55x12 мм <u>Пакування:</u> 100 шт/пак Виробник - SARSTEDT, Німеччина (або еквівалент)	58143
16	Microvette CB 200 К3 ЕДТА	шт	4000	<u>Опис продукту:</u> Пробірка з інтегрованим мікрокапіляром та прикріпленою кришкою на петлі, Наповнювач мікропробірки: К3-ЕДТА нанесена розпиленням на внутрішню стінку пробірки та капіляра. <u>Характеристики:</u> Об'єм: 200 мкл Матеріал пробірки – полістирол. Матеріал кришки - поліетилен низької щільності.	58143

				Колір кришки – червоний. Розміри: - діаметр пробірки 13 мм - довжина пробірки (з кришкою) 46 мм - довжина капіляру 70 мм - діаметр дна пробірки 0,7 см - діаметром кришки 10,8 мм Стандарт чистоти – стерильна. Пакування: 100 шт/пак. Виробник - SARSTEDT, Німеччина (або еквівалент)	
17	Пробірка 10 ml (мл), 95x16.8 mm (мм), Сироватка	шт	9000	<u>Опис продукту:</u> Пробірка 10 мл з активатором згортання, без градування, колір продукту – прозорий, матеріал продукту поліпропілен (ПП), кругле дно, з кришечкою на різьбі, що закручується, колір кришки – прозорий, матеріал кришки - поліетилен низької щільності (LD-PE), прозорий. Центрифугування макс. – 2000 XG, 10 хв. Стандарт чистоти – стерильна. <u>Характеристики:</u> - Об'єм пробірки - 10,0 мл - Діаметр пробірки - 16,8 мм - Довжина пробірки - 95 мм <u>Пакування:</u> 100 шт/пак. Виробник - SARSTEDT, Німеччина (або еквівалент)	58140
18	Штатив MICROmed для пробірок D18 40гнізд ПП	шт	6	Матеріал поліпропілен, напівпрозорий. Габарити: 250x115x80 . Діапазон робочих температур:-15 +120 °С, автоклавується. Розрахований на 40 пробірок	15186
19	Чашка біологічна Петрі 100*15mm/ 2290/1	шт	18	Чашка Петрі виготовлена із загартованого скла, має високу прозорість. нестерильна. Діаметр чаші складає 100 мм, висота 15мм.Чашка Петрі легко миється проточною водою, стійка до дезінфекторів. Автоклавується при 121С	35413
20	Пластир бактерицидний "Волес" 1,9*7,2 на бавовняній основі №100	пак	100	Розмір: 2,5 см*7,6 див. Основа: бавовняна тканина. Колір: тілесний. Стерильність: так. Кількість в упаковці: 100 шт. Термін придатності: 3 роки.	43778
21	Простирadlo спанбонд МЕДІУМ 20мкм(0,6м*500м) блакитне	шт	10	Матеріал: нетканий матеріал щільністю 20 мкм.Колір-блакитний. Упаковка: рулон Розмір: ширина - 60 см; довжина - 500 м	47456
22	Електрод для моніторингу Red Dot TM на зпіненій основі з липким гелем	пак	55	<ul style="list-style-type: none"> Рентгено-контрастні, розмір 4 x 3,5 см, 50 штук в упаковці 	47593
23	Презервативи для УЗД UZZI 72шт/пак.	пак	3	<ul style="list-style-type: none"> Склад: Натуральний латекс Колір: Прозорі Аромат: Без запах. Довжина: 195 мм. Діаметр: 52 мм. Товщина стінки: 0.06 мм. Текстура: гладка. Кількість в упаковці: 72 шт. Термін придатності:5 років. 	47722

24	Шпатель отоларингологічний "Волес" дерев'яний шліфований 150*18*1,6мм одноразового використання стерильний	шт	2000	Матеріал: дерево шліфоване. Стерильно. Розмір: 150 мм*18 мм*1,6 мм Призначення: огляд порожнини рота при отоларингологічному дослідженні.	42461
25	Мундштук одноразовий 30/28/70мм	шт	2000	<ul style="list-style-type: none"> • Внутрішній діаметр - 28 мм. • Товщина стінки - 1 мм. • Довжина - 70 мм. • Матеріал-картон. 	44545
26	Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" "Славна" стерильна	шт	5000	використовується для забору матеріалу при гінекологічних дослідженнях. Стерильна.	32368
27	Дзеркало вагінальне одноразового застосування розмір М, "Славна" стерильне	шт	3000	призначене для розкриття або розширення вагіни та нагнітання шийки матки в гінекологічному кабінеті на гінекологічному кріслі, а також для проведення профілактичних оглядів та лікувальних процедур. Стерильне.	37468
28	Набір гінекологічний оглядовий №1 "Славна"	шт	100	Набір гінекологічний оглядовий №1 «Славна®» (рукавички оглядові (розмір М) «Славна®» - 1 пара, бахіли медичні низькі «Славна®» - 1 пара, пелюшка гігієнічна 60см x 50см «Славна®» - 1 шт., дзеркало вагінальне (розмір М) «Славна®» - 1 шт., щіточка гінекологічна цервікальна «Cito» «Славна®» - 1 шт., аплікатор ватний «Славна®» - 1 шт., шпатель Ейра гінекологічний «Славна®» - 1 шт., скло предметне 7,5 см x 2,5 см - 2 шт.) стерильний (шт.)	12955
29	Набір гінекологічний оглядовий №3 "Славна"	шт	150	Набір гінекологічний оглядовий №3 «Славна®» (рукавички оглядові (розмір М) «Славна®» - 1 пара, бахіли медичні низькі «Славна®» - 1 пара, пелюшка гігієнічна 60см x 50см «Славна®» - 1 шт., дзеркало вагінальне (розмір М) «Славна®» - 1 шт., щіточка гінекологічна цервікальна «Cito» «Славна®» - 1 шт.) стерильний (шт.)	12955

Технічні вимоги:

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.
2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. **Гарантійний лист виробника** повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.
3. Товари, при поставці, повинні мати необхідні копії сертифікатів (свідоцтв) якості виробника, реєстраційне посвідчення.
4. Товар повинен передаватись у заклад в неушкодженій упаковці, який відповідає характеру, забезпечує цілісність товару та збереженню його якості під час транспортування.
5. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання: згідно з технічними даними виробника, але не менше ніж 70% загального терміну його зберігання від визначеного виробником для даної продукції (надати гарантійний лист від учасника).
6. Товар, що постачається, новий, тобто не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

Учасник повинен надати:

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є:

- громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;
- пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178).

Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого – на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.