

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	<b>33690000-3 Лікарські засоби різні</b>
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 найменувань згідно Додатку №1</li></ul>
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	03126, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2026 року
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	<b>Очікувана вартість закупівлі – 413 911,92 грн. з ПДВ</b>
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком №1
Дата оголошення	17-03-2026
Ідентифікатор закупівлі	<b>UA-2026-03-17-012743-a</b>

## ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015: **33690000-3 Лікарські засоби різні**

Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року.

Місце поставки товару: 03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3, склад лікарських засобів

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

### **I. Технічні вимоги:**

1) Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений для застосування та введений в обіг на території України відповідно до законодавства.

*На підтвердження надати засвідчену учасником копію Декларації про відповідність виробу вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.*

2) Товар, запропонований учасником, повинен відповідати наступним вимогам:

– кожна партія товару, під час поставки, має супроводжуватись документами, що підтверджують його якість із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України;

– на упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності;

– товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути деформована або пошкоджена;

– учасник повинен за власний рахунок забезпечити доставку запропонованого товару за місцем його використання.

*На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.*

3) Термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 75% від загального терміну зберігання встановленого виробником.

*На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.*

4) Поставка товарів здійснюється дрібними партіями, відповідно до потреб закладу, без обмежень мінімального об'єму кількості товару в межах однієї поставки (одного замовлення) товарів, в обсягах та у строк визначений замовленням (заявкою) Замовника.

5) Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

*На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (сканований з оригіналу) від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, з необхідними термінами придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати в*

себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

б) Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля, у вигляді довідки у довільній формі.

№	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код за НК 024:2023	Код EMDN НК 031:2024	Найменування товару (торгівельна назва) (зазначається учасником)	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	К-ть
1	33696500-0 – Лабораторні реактиви	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	W0202020185 Коагулометри – витратні матеріали		Реагент для промивання Diaclean-SYS або еквівалент	Фасування: 1x100 мл. Гіпохлоритний промивний розчин для очищення відкладення клітин, білків та тригліцеридів шляхом кислотного розкладання. Вміст: гіпохлорит натрію ≤16,0%. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	2
2	33696500-0 – Лабораторні реактиви	30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) ІVD	W01030201 - Загальні аналізи на зсідання крові		Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R або еквівалент	Фасування: 10x10 мл. Набір повинен бути реагентом рекомбінантного тромбопластину людини, який виробляється за допомогою генетично модифікованого штаму Escherichia Coli, що використовується для визначення протромбінового часу. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 10 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 1,25 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 9 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<1%.	набір	12
3	33696500-0 – Лабораторні реактиви	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	W0202020185 Коагулометри – витратні матеріали		Реагент для промивання Dia-SORB або еквівалент	Фасування: 12x15 мл. Призначений для щоденного обслуговування та очищення автоматичних аналізаторів для діагностичних вимірювань. Гіпохлоритний реагент для промивання, що очищає від клітин, а також білків та тригліцеридів	набір	16

						<p>шляхом окисного перетравлення та солюбілізації миючого засобу.</p> <p>Склад: гіпохлорит натрію <math>\leq 5,0\%</math>, гідроксид калію <math>\leq 1,0\%</math> та детергент <math>\leq 1,0\%</math>.</p> <p>Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).</p>		
4	33696500-0 – Лабораторні реактиви	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	W0202020185 Коагулометри – витратні матеріали		Реагент для промивання Coag Cleaner або еквівалент	<p>Фасування: 1x4,5 л.</p> <p>Розчин призначений для щоденного обслуговування аналізаторів гемостазу та містить ПАР у кількості не більше 1%.</p> <p>Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).</p>	набір	32
5	33696500-0 – Лабораторні реактиви	55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку	W0103020201 Аналізи на фібриноген (фактор I)		Фібриноген Dia-FIB або еквівалент	<p>Фасування: 12x5 мл.</p> <p>Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса.</p> <p>Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.</p> <p>Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°C.</p> <p>Доступні межі інтерференцій: гепарин <math>\leq 2,0</math> МО/мл, гемоглобін <math>\leq 6,8</math> г/л, тригліцерид <math>\leq 10</math> ммоль/л, білірубін <math>\leq 340</math> мкмоль/л.</p> <p>Точність у межах аналізу: CV<math>&lt;2,2\%</math>.</p>	набір	2
6	33696500-0 – Лабораторні реактиви	61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання	W0503010203 - Аналізи зразків, пластикові кюветки		Кювети Coag D	<p>Фасування: 1000 штук в упаковці.</p> <p>Повинні бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).</p>	пак	24
7	33696500-0 – Лабораторні реактиви	55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз	W0103020201 Аналізи на фібриноген (фактор I)		Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL або	<p>Фасування: 12x15 мл.</p> <p>Буферний розчин, що має бути придатним для розведення контрольного матеріалу, калібраторів та людських зразків при проведенні коагуляційних тестів на визначення ПЧ,</p>	набір	5

		утворення згустку (розчин імідазолу)			еквівалент	фібриногену, Д-димеру, факторів. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°C.		
8	33696500-0 – Лабораторні реактиви	55981 Активовані й частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку	W0103020102 Активовані й частковий тромбопластиновий час		АЧТЧ, сухий Dia-PTT або еквівалент	Фасування: 6x4 мл. Набір повинен являти собою ліофілізат фосфоліпиду з мозку кролика, який містить мікронізований кремнезем у буферному середовищі зі стабілізатором. Призначений для визначення активованого часткового тромбопластинового часу, а також факторів I, II, V, VIII, IX, X, XI та XI. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<0,6%.	набір	10
9	33696500-0 – Лабораторні реактиви	55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку	W0103020702 Контрольна плазма для гемостазу		Контрольна плазма Dia-Control I-II або еквівалент	Фасування: рівень 1: 10x1 мл; рівень 2: 10x1 мл. Контрольна плазма, що призначена для внутрішнього контролю якості системи вимірювання коагуляції, а саме для тестів на ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ та антитромбін III. Реагент повинен бути отриманий з антикоагульованої, пулованої плазми людини від здорових донорів зі стабілізатором та консервантом. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 4 години при температурі 20-25°C та не менш як 30 днів при температурі -20°C.	набір	4
10	33696500-0 – Лабораторні реактиви	30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку ІВД	W0103020901 Хлорид кальцію		Кальцію хлорид 0.025M Dia-CaCl <sub>2</sub> або еквівалент	Фасування: 12x4 мл. 0,025М буферний розчин кальцію хлориду із консервантом. Готовий до використання. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°C.	набір	7

## **Учасник повинен надати:**

1. Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є:

- громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран;
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
- юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178).

1-1. Якщо учасник закупівлі є громадянином РФ/РБ/ІРІ, який проживає на території України на законних підставах, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), є громадянин РФ/РБ/ІРІ, який проживає на території України на законних підставах, учасник надає у складі тендерної пропозиції документальне підтвердження підстав перебування на території України – посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця чи документ, що посвідчує надання притулку, паспортний документ та/ або іміграційна картка тощо.

1-2. Якщо учасник закупівлі є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства РФ/РБ/ІРІ, активи якої в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник надає документ, що підтверджує передачу активів в управління, а саме згоду власника або відповідну ухвалу на передачу активів в управління.

2. Учасник, місце реєстрації або місце проживання якого на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).

*Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.*